

เล่มที่ 073

เลขที่ 03641

Check List Preventive Maintenance

นามผู้รับบริการ น.ส. อธิภา ทิมทอง เครื่อง Monitor วันที่ 22 / 9 / 25  
 โรงพยาบาล สุวิภา ยี่ห้อ Mindray  
 หน่วยงาน/แผนก ER รุ่น EPM-12 DueDate - / 3 / 26  
 โทรศัพท์ 082-3279802 หมายเลขเครื่อง AC6-4B070361 เลขครุภัณฑ์ 6515-212-0004

Accessories Quality Check	P	F	หมายเหตุ
รายการอุปกรณ์			
ECG trunk cable/AM12/Wam	/		
ECG Lead cable (3,5,12)	/		
SpO2 Extension Cable	/		
SpO2 Finger Probe / Y-sensor Cable	/		
NIBP Airhose	/		
NIBP Cuff (Adult,Ped,Neo)	/		
Temp Cable			
CO2 Cable/Sensor			
IBP Cable/Sensor			
Hard Paddle			
MFC Connector			
Ultrasound probe			
TOCO/UC probe			
Event marker			
Chest electrode			
Clamp			
Recording paper			
Control/Key Switch	/		
Battery	/		
AC power cord	/		
Rolling stand	/		

Quality Test	P	F	หมายเหตุ
ระบบการทำงานของเครื่อง			
Control/Key Switch Test	/		
LCD / 7Segment Display Test	/		
Date/Time Test	/		
Sound/Alarm Test	/		
Battery Power Test	/		
Battery Charger Test	/		
ECG Function Test	/		
SpO2 Function Test	/		
NIBP Function Test	/		
NIBP Leakage Test	/		
Co2 Function Test			
IBP Function Test			
Temp Function Test			
Defibrillator Function Test			
AED Mode Function Test			
FHR Function Test			
Toco/UC Function Test			
Printer Function Test			

หมายเหตุ.....  
เครื่องใช้จนใกล้หมดอายุ  
090-1977156 ซื้อมาแล้ว

การรับประกัน warranty      สรุปผลการ PM

ในระยะรับประกัน       ผ่าน      อธิภา ทิมทอง      สมชาย  
 (น.ส. อธิภา ทิมทอง)      (สมชาย)

นอกระยะรับประกัน       ไม่ผ่าน      ลายมือชื่อลูกค้า      ลายมือช่างปฏิบัติงาน