



6.1.4. เครื่องมือมาตรฐานในงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์มีความเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครื่องมือมาตรฐานต้องสามารถสอบกลับผลการวัดได้



แสดงสถิติเกอร์สอบเทียบ

โรงพยาบาลสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน

ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2567

16/8/2567

No.	Equipment No	Equipment	Brand	Model	Serial Number	Department	Cal	PM	Remarks	Results
1	AUC-SUP-01	Auto Clave	MISTERILIZERS	VACMATIC 100	-	SUP	-	-	8530-003-1426 ลงทะเบียน	-
2	AUC-SUP-02	Auto Clave	-	-	-	SUP	1	1	8530-003-1427	ผ่าน
3	AUC-SUP-03	Auto Clave	NAMWIVAT	A882-265L	1S-210501	SUP	1	1		ผ่าน
4	BP-ANC-01	Sphygmomanometer	FOCAL	FC-110	-	ANC	1	1		ผ่าน
5	BPD-ANC-01	Blood Pressure Digital	TERUMO	ES-P311	21087041217	ANC	1	1		ผ่าน
6	BP-DEN-01	Sphygmomanometer	KENZ	-	-	DEN	1	1		ผ่าน
7	BPD-PT-01	Blood Pressure Digital	BEURER	BM40	2017C47/047577	PT	1	1		ผ่าน
8	BP-ER-01	Sphygmomanometer	RIESTER	-	091267	ER	1	1	8515-089-1301/1	ผ่าน
9	BP-ER-02	Sphygmomanometer	ACCOSON	-	-	ER	1	1		ผ่าน
10	BP-ER-03	Sphygmomanometer	FAZZIN	-	-	ER	1	1		ผ่าน
11	BP-ER-04	Sphygmomanometer	RIESTER	-	-	ER	1	1		ผ่าน
12	BP-ER-05	Sphygmomanometer	FAZZINI	-	-	ER	1	1		ผ่าน
13	BP-ER-06	Sphygmomanometer	RIESTER	-	-	ER	1	1		ผ่าน
14	BP-IPD-01	Sphygmomanometer	ALPK2	302	18-23952	IPD	1	1		ผ่าน
15	BP-LR-01	Sphygmomanometer	ALPK2	-	15-40715	LR	1	1		ผ่าน
16	BPM-OPD-01	Blood Pressure Monitor	INBODY	BPBIO-320	B821004081	OPD	1	1		ผ่าน
17	BPM-PCU-01	Blood Pressure Monitor	TERUMO	H-2655	10830188024	PCU	1	1	8515-089-3201	ผ่าน
18	BP-OPD-01	Sphygmomanometer	ALPK2	302	18-23895	OPD	1	1		ผ่าน
19	BP-OPD-02	Sphygmomanometer	SPIRIT	-	-	OPD	1	1		ผ่าน
20	BP-PCU-01	Sphygmomanometer	YUWELL	-	S-202406	PCU	1	1		ผ่าน



โรงพยาบาลสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน

ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบไม่ผ่านมาตรฐาน ECRI ประจำปี 2567

16/8/2567

No.	Equipment No	Equipment	Brand	Model	Serial Number	Department	Cal	PM	Remarks	ผลสอบเทียบ
1	OFM-PD-03	Oxygen Flow Meter	MEDIGEN	-	-	IPD	1	-	ค่าสูงกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
2	OFM-PD-05	Oxygen Flow Meter	MEDIGEN	-	-	IPD	1	-	ค่าสูงกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
3	OFM-PD-06	Oxygen Flow Meter	MEDIGEN	-	-	IPD	1	-	ค่าสูงกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
4	OFM-PD-10	Oxygen Flow Meter	MEDIGEN	-	-	IPD	1	-	ค่าสูงกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
5	OFM-LR-03	Oxygen Flow Meter	MEDIGEN	-	-	LR	1	-	ค่าสูงกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
6	PHO-LR-02	Phototherapy	YUN DON	-	-	LR	1	1	6515-031-0201/1 ค่าต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
7	TUD-SUP-01	Tube Dryer	-	-	-	SUP	1	1	6630-025-0001 ค่าต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน
8	WEA-ER-02	Weight Scale Adult	CAMRY	-	-	ER	1	1	6530-002-002110 ค่าต่ำกว่ามาตรฐาน	ไม่ผ่าน



เรื่อง สรุปรายการสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน

ตามที่บริษัท เอฟเอควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้บริการ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

ภายในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ ขอสรุปการปฏิบัติงานในเบื้องต้นดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน

No.	รายละเอียด	จำนวนเครื่อง
1	สรุปจำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ที่ส่งบันทึกผลการ	174
2	เครื่องที่สอบเทียบ	168
3	เครื่องที่บำรุงรักษา	102
4	เครื่องที่ชำรุด	5

สรุปผลการสอบเทียบ ECRI STANDARD

No.	รายละเอียด	จำนวนเครื่อง
1	เครื่องที่สอบเทียบ	168
2	เครื่องที่สอบเทียบผ่าน	160
3	เครื่องที่สอบเทียบไม่ผ่าน	8