

6.4.2. ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งปรับเทียบเครื่องมือใหม่ หลังจากซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขแล้วเสร็จ

SAINTMED

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222,222/1-2 อาคารเวสต์ติน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 หมู่ที่ 1 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร : 0-2527-8075-8, 0-2966-6467-8 โทรสาร : 0-2966-6471 www.saintmed.com อีเมล : info@saintmed.com

เล่มที่ 969

เลขที่ 48425

Check List Preventive Maintenance

นามผู้รับบริการ..... เครื่อง Monitor วันที่ 18 / 9 / 25
โรงพยาบาล..... ชื่อ Mindray
หน่วยงาน/แผนก..... รุ่น EPM-15 DueDate - 9 / 25
โทรศัพท์..... หมายเลขเครื่อง AC-21004545 เลขครุภัณฑ์.....

Accessories Quality Check	P	F	หมายเหตุ
รายการอุปกรณ์			
ECG trunk cable/AM12/Wam	/		
ECG Lead cable (3,5,12)	/		
SpO2 Extension Cable	/		
SpO2 Finger Probe / Y-sensor Cable	/		
NIBP Airhose	/		81m
NIBP Cuff (Adult, Ped, Neo)	/		
Temp Cable			
CO2 Cable/Sensor			
IBP Cable/Sensor			
Hard Paddle			
MFC Connector			
Ultrasound probe			
TOCO/UC probe			
Event marker			
Chest electrode			
Clamp			
Recording paper			
Control/Key Switch	/		
Battery	/		
AC power cord	/		
Rolling stand	/		

Quality Test	P	F	หมายเหตุ
ระบบการทำงานของเครื่อง			
Control/Key Switch Test	/		
LCD / 7Segment Display Test	/		
Date/Time Test	/		
Sound/Alarm Test	/		
Battery Power Test	/		
Battery Charger Test	/		
ECG Function Test	/		
SpO2 Function Test	/		
NIBP Function Test	/		
NIBP Leakage Test	/		
Co2 Function Test			
IBP Function Test			
Temp Function Test			
Defibrillator Function Test			
AED Mode Function Test			
FHR Function Test			
Toco/UC Function Test			
Printer Function Test			

หมายเหตุ.....
ศูนย์ 969 เวสต์ติน

การรับประกัน warranty

สรุปผลการ PM

ในระยะรับประกัน

ผ่าน

นอกระยะรับประกัน

ไม่ผ่าน

ลายมือชื่อลูกค้า

ลายมือช่างปฏิบัติงาน

FM-SA-26