6.3.3การบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ ต้องครอบคลุมการทดสอบหรือสอบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า การทดสอบทางกายภาพภายนอกและฟังก์ชั่นการทำงาน และการบำรุงรักษาตามรอบเวลาเป็นอย่างน้อย



แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือแพทย์

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG)

งานผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลสองแคว ปี 2568



ตารางตรวจเช็คเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำเดือน.....สิงหาคม.....โรงพยาบาลสองแคว

ชื่อเครื่องมือ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

ลำดับ	รายการ	วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		ตรวจสอบสภาพทั่วไป																															
1	หน้าปัด/จอแสดงผล	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สวิตช์เปิด-ปิด	ไม่เป็นคราบสกปรก ทดลองเปิด-ปิดได้ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สวิตช์เลือก Mode การใช้งาน	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ปลั๊กAC/สายไฟ AC	ตรวจเช็คสายไฟ ไม่มีรอยฉีกขาด ชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	EKG Electrod /Patient cable	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด มีจำนวน electrod ครบทุกสาย จัดเก็บเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ขั้วต่อ lead แขน-ขา	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ขั้วต่อ lead หน้าอก	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ครีม	มีสำรองอย่างน้อย 1 หลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	กระดาษ	มีสำรองอย่างน้อย 1 pack	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	รถเข็น	ไม่เป็นคราบสกปรก/เศษสิ่งต่างๆที่นล้อ ทดลองเข็นล้อหมุนได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		ทดสอบประสิทธิภาพ																															
1	หน้าจอแสดงผล	ทดลองเปิดเครื่อง หน้าจอสว่าง ค่าพารามิเตอร์เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	การทำงานของปุ่มต่างๆ	ทดลองเปิดปุ่มต่างๆหน้าจอแสดงผลตามที่เลือก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ปริมาณแบตเตอรี่	หากเหลือน้อยกว่า 1/2 ให้ชาร์จ 8ชม.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ทุก 2ปี ครบเปลี่ยนครั้งถัดไป เดือน..... พ.ศ.....																															
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางตรวจเช็คเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำเดือน มิ.ย.-ธค.**โรงพยาบาลสองแคว**

ชื่อเครื่องมือ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)

ลำดับ	รายการ	วิธีปฏิบัติ/ตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		ตรวจสอบสภาพทั่วไป																															
1	หน้าปัด/จอแสดงผล	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สวิตช์เปิด-ปิด	ไม่เป็นคราบสกปรก ทดลองเปิด-ปิดได้ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	สวิตช์เลือก Mode การใช้งาน	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ปลั๊กAC/สายไฟ AC	ตรวจเช็คสายไฟ ไม่มีรอยผิวขาด ชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	EKG Electrod /Patient cable	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด มีจำนวน electrod ครบทุกสาย จัดเก็บเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ขั้วต่อ lead แขน-ขา	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ขั้วต่อ lead หน้าอก	ไม่เป็นคราบสกปรก ไม่แตกหักชำรุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ครีม	มีสำรองอย่างน้อย 1 หลอด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	กระดาษ	มีสำรองอย่างน้อย 1 pack	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	รถเข็น	ไม่เป็นคราบสกปรก/เศษสิ่งต่างๆพันล้อ ทดลองเข็นล้อหมุนได้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ทดสอบประสิทธิภาพ																															
1	หน้าจอแสดงผล	ทดลองเปิดเครื่อง หน้าจอสว่าง ค่าพารามิเตอร์เส้นสัญญาณของเครื่องบนหน้าปัดชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	การทำงานของปุ่มต่างๆ	ทดลองเปิดปุ่มต่างๆหน้าจอแสดงผลตามที่เลือก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ปริมาณแบตเตอรี่	หวงเหลือน้อยกว่า 1/4 โชชาร์จ อธม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ทุก 2ปี ครบเปลี่ยนครั้งถัดไป เดือน..... พ.ศ.....	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อ วิชัย ✓ วิชัย ✓ วิชัย ✓ ชุ ชุ วิชัย ✓ ชุ วิชัย ✓ ชุ ชุ วิชัย วิชัย ✓